Inomhusluft - Del 16: Detektion och räkning av mögelsporer - Provtagning genom filtrering (ISO 16000-16:2008, IDT)

Utgivare/organisation: SIS
Hänvisning: www.sis.se

Typ av verktyg	Egenskap	Berörda byggdelar	Skede	Finns sakkunnig?
Kontrollmetod	Mikro-biologi	Alla	Produktion Drift	Nej

Beskrivning:

Denna del av ISO 16000 specificerar krav för långsiktig (0,5 timmar till flera timmar) provtagning av mögel i inomhusluften genom filtrering. Efter anvisningarna erhålls ett prov för efterföljande detektering av mögel genom odling efter suspension enligt ISO 16000-17, som är en del av den fullständiga mätproceduren